

Nr spr. DZ/DZ-072-04/25
Gliwice dn. 10.01.2025 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania cenowego nr DZ/DZ-072-04/2025 z dnia 09.01.2025 r. na sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do wykonywania oznaczeń moczu dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej - Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

W związku ze złożonym pytaniem odnośnie w/wym. zapytania cenowego przekazujemy Państwu treść pytania jak i udzieloną odpowiedź.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora pracującego w oparciu o metodę automatycznej, cyfrowej analizy obrazów mikroskopowych elementów upostaciowionych moczu? Metoda zastosowana w oferowanym analizatorze polega na ilościowym oznaczaniu oraz automatycznej klasyfikacji elementów upostaciowionych moczu do 12 głównych kategorii z możliwością subklasyfikacji do kolejnych 27 kategorii, na podstawie analizy 500 cyfrowych zdjęć wykonywanych dla każdej badanej próbki moczu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego analizatora.

Działu z... Publicznych
i...
mgr Urszula Wojcieszek

Z-CENTRALI KROWNIKA
Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej
mgr Katarzyna Bojarska