

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Usługa **oceny diagnostycznej komór gorących w pomieszczeniu 0.30B Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET** powinna zostać zrealizowana w zakresie nie mniejszym niż poniższy.

ZAKRES DIAGNOSTYKI

1. Diagnostyka zostanie wykonana dla komór gorących modelu MIP1 – 2 szt.:
 - a. Sprawdzenie funkcjonowania bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego komór;
 - b. Sprawdzenie poprawności działania systemu wentylacji (nawiew oraz wywiew);
 - c. Sprawdzenie poprawności działania systemu ACS w komorze oraz możliwości zdalnego sterowania za pomocą dedykowanego oprogramowania;
 - d. Sprawdzenie poprawności działania systemu monitoringu radiologicznego w komorze;
 - e. Sprawdzenie funkcjonowania i szczelności instalacji gazów doprowadzonych do komory oraz sprężonego powietrza;
 - f. Sprawdzenie oświetlenia i sygnalizacji komór;
 - g. Ocena stanu uszczelek plexiglass oraz manipulatorów;
 - h. Sprawdzenie stanu płynów komory (jeżeli są) oraz ruchomych elementów;
 - i. Sprawdzenie funkcjonowania paneli sterowania komorami oraz modułów wydawania pojemników.
 - j. Sprawdzenie działania windy pneumatycznej aktywnościomierzy.
 - k. Sprawdzenie działania szuflady między górą a dolną komorą wraz z osłoną komory dolnej.
2. Diagnostyka zostanie wykonana dla komory gorącej modelu BBS 2 V – 1 szt.:

UWAGA: komora posiada dwie komory osłonne zlokalizowane jedna nad drugą ze wspólnym panelem sterującym

 - a. Sprawdzenie funkcjonowania bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego komór;
 - b. Sprawdzenie poprawności działania systemu wentylacji (nawiew oraz wywiew);
 - c. Sprawdzenie poprawności działania systemu ACS w komorze oraz możliwości zdalnego sterowania za pomocą dedykowanego oprogramowania;

- d. Sprawdzenie poprawności działania systemu monitoringu radiologicznego w komorze;
- e. Sprawdzenie funkcjonowania i szczelności instalacji gazów doprowadzonych do komory oraz sprężonego powietrza;
- f. Sprawdzenie oświetlenia i sygnalizacji komór;
- g. Ocena stanu uszczelek plexiglass;
- h. Sprawdzenie stanu płynów komory (jeżeli są) oraz ruchomych elementów;
- i. Sprawdzenie funkcjonowania paneli sterowania komorami oraz komór wydawania pojemników;
- j. Sprawdzenie poprawności działania systemu wizualnej kontroli wnętrza komory.

WARUNKI REALIZACJI

1. Podstawowym dokumentem obrazującym przebieg realizacji zamówienia będzie sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu raportu z diagnostyki.
2. Inspekcja/diagnostyka komór gorących zostanie przeprowadzona w terminie ustalonym z Zamawiającym, z uwzględnieniem prac prowadzonych w pomieszczeniu 0.30B.
3. Za datę realizacji Zamówienia uważa się datę dostarczenia Zamawiającemu raportu z diagnostyki.
4. Otrzymanie raportu Zamawiający potwierdzi w formie protokołu odbioru. Podpisany przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

DOKUMENTACJA

1. Raport z diagnostyki zostanie dostarczony do Zamawiającego w terminie **do 5 dni roboczych** od jej przeprowadzenia.
2. Raport będzie zawierał co najmniej nazwę i numer seryjny komory oraz szczegółowy zakres prac wymaganych do przeprowadzenia, w tym koniecznych do wymiany elementów.

KIEROWNIK
Działu Aparatury Medycznej

inż. Weronika Smolarz

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Przystępując do udziału w zapytaniu cenowym, którego celem jest ustalenie szacunkowej wartości zamówienia **dot. świadczenie usługi wykonania oceny diagnostycznej komór gorących w pomieszczeniu 0.30B Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach**, działając w imieniu i na rzecz firmy:

(nazwa i adres Wykonawcy)

Mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2024 poz. 507):

- oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2024 poz. 507).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Dnia _____

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Załącznik nr 3 do pisma nr DZ/AM-231-4/25

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA WYKONAWCÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH PRZEZ NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. ODDZIAŁ
W GLIWICACH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz następnie zawarciem i realizacją umów w sprawie zamówień publicznych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy przy ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Oddział w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice.
2. Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, tel. 32 278 91 85.
3. Wyżej określone dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 6 ust. 1b RODO)
4. Odbiorcy danych: dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie krócej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.”
6. Osoby, których dane podlegają przetwarzaniu, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w przypadku udzielenie zgody na przetwarzanie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz następnie w celu zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach**

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18

dyrektor@gliwice.nio.gov.pl
www.gliwice.nio.gov.pl

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028

KIEROWNIK
Działu Aparatury Medycznej

inż. Weronika Siniolara