

CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT
 IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ – CURIE
 UL. WYBRZEŻE ARMII KRAJOWEJ 15, 44-101 GLIWICE

Rękawice do dyspensera automatycznego Theodorico

LP.	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	J.M.	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT %	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	Należy podać Producenta zaoferowanego produktu / wypełnia Wykonawca/
1.	Rękawice z gumy naturalnej	Długość 800 mm Średnica gumy na wykończeniu 6 mm Średnica portu wewnętrzznego rękawicy 156 mm Grubość 4/10 mm Rodzaj Rękawice oburęczne, bez podziatu prawa /lewa Kształt Stożkowe Materiał Guma naturalna Odporność na środki czyszczące i dezynfekujące Możliwość dezynfekcji środkami na bazie alkoholu oraz chloru Wymagane dokumenty Certyfikat jakości	Szt.	60						
2.	Rękawice syntetyczne	Długość 800 mm Średnica gumy na wykończeniu 6 mm Średnica portu wewnętrznego rękawicy 156 mm Grubość 4/10 mm Rodzaj Rękawice oburęczne, bez podziatu prawa /lewa Kształt Stożkowy Materiał Neopren	Szt.	16						

**CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE**

UL. WYBRZEŻE ARMII KRAJOWEJ 15, 44-101 GLIWICE

Wymagane dokumenty	Certyfikat jakości					
Odporność na środki czyszczące i dezynfekujące	Możliwość dezynfekcji środkami na bazie alkoholu oraz chloru	RAZEM	---	---	---	---

1. Zamawiający przewiduje, że okres obowiązywania umowy będzie wynosił 3 lata.
2. Zamawiający przewiduje, że w okresie obowiązywania umowy zrealizuje ok. 3. zamówień cząstkowych.
3. Ilości asortymentu podane w specyfikacji asortymentowo-cenowej są ilościami szacunkowymi. Zamawiający będzie zobowiązany do zakupu wyłącznie takich ilości asortymentu, jakie okażą się mu potrzebne. Wykonawca elastycznie będzie reagować na zwiększone bądź zmniejszone potrzeby Zamawiającego w tym zakresie.
4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zrealizowania całości zamówienia tj. nie będzie zobowiązany do zakupu takich ilości asortymentu, których wartość pokryłaby w sumie całą kwotę brutto oferty. Zamawiający gwarantuje wykonanie zamówienia na poziomie co najmniej 40% wartości oferty, a Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia o zapłatę ceny w pełnej wysokości.
5. W przypadku nie wykorzystania w całości danej pozycji asortymentowej Zamawiający uprawniony będzie do zakupu większej ilości innej pozycji asortymentowej, przy czym wartość zadania i łącznego wynagrodzenia brutto nie ulegnie zwiększeniu.

....., dnia

Z-CATEROWNIKA
Zakład Diagnostyki PET
mgr inż. Marek Szadło

.....
(czytelny podpis lub podpis z pieczętką imienną
osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)