

Gliwice, dnia 27.05.2022 r.

Nr sprawy: DO/DZ-TPbn-381-2-25/22

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.05.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00166123/01 na zakup wózków dla Klinik i Zakładów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść złożonych pytań i udzielonych odpowiedzi:

Dotyczy: zadanie nr 10 - Wózek reanimacyjny z nadstawką (DK/KTS) - 1 szt.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego szkielet, blat górny i szuflady wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością wysokoodpornego tworzywa polietylenu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów zewnętrznych wózka: wysokości 100 cm, głębokości 61 cm, szerokości (wraz z zintegrowanym uchwytem do prowadzenia) 91 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym czoła szuflad będą posiadały przezroczyste okienka / tabliczki z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego układ jezdny wysoce mobilny, wyposażony w 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą oraz 1 antystatyczne, o średnicy 125 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w odległościach zapewniających prawidłową zwrotność wózka (w prostokącie)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym narożniki nad kołami posiadają odboje chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka wyposażonego w pojemnik do zużytych igieł zamocowany do nadstawki nad blatem górnym wózka?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka wyposażonego w otwieracz ampułek w jednym rozmiarze?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka nie wyposażonego w otwieracz ampułek?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka nie wyposażonego w „pótkę na żel”? Oferowany wózek będzie m.in. wyposażony w przezroczyste odchylany pojemnik „kieszka”, w których można przechowywać butelkę z żelem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka nie wyposażonego w „zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie (z przezroczystą ścianką w blacie wózka) pozwalająca na ich identyfikację”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka, w którym wyposażenie nieznacznie powoduje zwiększenie gabarytów wózka, jest zamocowane w taki sposób, aby nie było narażone na uszkodzenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ze względu na nie sprecyzowanie przez Wykonawcę wymiarów wózka, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka wyposażonego w nadstawkę z dwoma rzędami uchylnych pojemników w jednym rozmiarze (dwa rzędy po 5 pojemników)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka bez półki ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka wyposażonego w uchwyt na jedno pudełko rękawic?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego szary korpus (szafkę) i czerwone szuflady (jak na zdjęciu poniżej)?



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: zadanie nr 12 - Wózek funkcyjny zabiegowy z szufladami (DL/CDLP) - 1 szt.

Pytanie nr 16:

Prosimy o doprecyzowanie jakiej ilości szuflad oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wózka z czterema szufladami.

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w nadstawkę, która zawiera dwie półki otwarte, wykonane ze stali nierdzewnej na drobny sprzęt taki jak rękawiczki i pojemniki oraz zestaw pojemników w dwóch rzędach – dwa rzędy po 5 pojemników (jednakowy rozmiar), pojemniki przezroczyste, z uchwytem do wysuwania/odchylania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, którego blat nie jest odporny na działanie alkoholowych środków dezynfekcyjnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego wymiary (bez nadstawki) 720 x 610 x 1080 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: zadanie nr 13 - Wózek do przewozu leków z możliwością konsoli komp i baterią (DL/CDLP) - 1 szt.

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający dopuści wózek medyczny z dedykowanym wysokiej jakości i wydajności akumulatorem gwarantującym czas pracy aż 12-14 godzin, co będzie parametrem znacznie lepszym i pozwoli na wykorzystanie wózka z różnymi typami komputerów i akcesoriów dodatkowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 21:


Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby wózek był wyposażony w komputer, czy był tylko przystosowany do wyposażenia go w komputer tj. będzie posiadał zamykany schowek pod powierzchnią roboczą na komputer oraz wielofunkcyjny uchwyt umożliwiający zamocowanie monitora? W przypadku kiedy Zamawiający będzie oczekiwał, aby wózek był wyposażony w komputer prosimy o określenie parametrów komputera.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby wózek był dostosowany do wyposażenia go w komputer.

Pytanie nr 22:

Prosimy o doprecyzowanie, jakiego zestawu szufladek na leki oczekuje Zamawiający? Poniżej przedstawiamy możliwość konfiguracji szufladek w oferowanym wózku.




Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga podwójnego zestawu nr 1, tj. łącznie 4 szuflady jedna pod drugą.

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w dwa przednie uchwyty ułatwiające manewrowanie oraz jeden wygodny uchwyt zamocowany z tyłu wózka ułatwiający przemieszczanie w wielu pozycjach?



(Zdjęcia poglądowe oferowanego wózka)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Dotyczy: zadanie nr 15 - Wózek reanimacyjny z nadstawką (DK/KTS) - 1 szt.

Pytanie nr 24:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego szkielet, blat górny i szuflady wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością wysokoodpornego tworzywa polietylenu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający domniemuje, iż pytanie dotyczy zadania nr 15: Wózek specjalistyczny wielofunkcyjny (DK/DKN).

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 25:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów zewnętrznych wózka: wysokości 100 cm, głębokości 61 cm, szerokości (wraz z zintegrowanym uchwytem do prowadzenia) 91 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający domniemuje, iż pytanie dotyczy zadania nr 15: Wózek specjalistyczny wielofunkcyjny (DK/DKN).

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 26:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka, w którym czoła szuflad będą posiadały przeźroczyste okienka / tabliczki z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający domniemuje, iż pytanie dotyczy zadania nr 15: Wózek specjalistyczny wielofunkcyjny (DK/DKN).
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 27:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka posiadającego układ jezdny wysoce mobilny, wyposażony w 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą oraz 1 antystatyczne, o średnicy 125 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w odległościach zapewniających prawidłową zwrotność wózka (w prostokącie)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający domniemuje, iż pytanie dotyczy zadania nr 15: Wózek specjalistyczny wielofunkcyjny (DK/DKN).
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 28:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka, w którym narożniki nad kołami posiadają odboje chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający domniemuje, iż pytanie dotyczy zadania nr 15: Wózek specjalistyczny wielofunkcyjny (DK/DKN).
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 29:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka wyposażonego w pojemnik do zużytych igieł zamocowany do nadstawki nad blatem górnym wózka?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający domniemuje, iż pytanie dotyczy zadania nr 15: Wózek specjalistyczny wielofunkcyjny (DK/DKN).
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 30:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka wyposażonego w otwieracz ampułek w jednym rozmiarze?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający domniemuje, iż pytanie dotyczy zadania nr 15: Wózek specjalistyczny wielofunkcyjny (DK/DKN).
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka nie wyposażonego w otwieracz ampułek?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający domniemuje, iż pytanie dotyczy zadania nr 15: Wózek specjalistyczny wielofunkcyjny (DK/DKN).
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka nie wyposażonego w „półkę na żel”? Oferowany wózek będzie m.in. wyposażony w przeźroczysty odchylany pojemnik „kieszka”, w których można przechowywać butelkę z żelem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający domniemuje, iż pytanie dotyczy zadania nr 15: Wózek specjalistyczny wielofunkcyjny (DK/DKN).
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka nie wyposażonego w „zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie (z przezroczystą ścianką w blacie wózka) pozwalająca na ich identyfikację”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający domniemuje, iż pytanie dotyczy zadania nr 15: Wózek specjalistyczny wielofunkcyjny (DK/DKN).
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka, w którym wyposażenie nieznacznie powoduje zwiększenie gabarytów wózka, jest zamocowane w taki sposób, aby nie było narażone na uszkodzenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający domniemuje, iż pytanie dotyczy zadania nr 15: Wózek specjalistyczny wielofunkcyjny (DK/DKN). Ze względu na nie sprecyzowanie przez Wykonawcę wymiarów wózka, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka wyposażonego w nadstawkę z dwoma rzędami uchylnych pojemników w jednym rozmiarze (dwa rzędy po 5 pojemników)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający domniemuje, iż pytanie dotyczy zadania nr 15: Wózek specjalistyczny wielofunkcyjny (DK/DKN). Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 36:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka bez półki ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający domniemuje, iż pytanie dotyczy zadania nr 15: Wózek specjalistyczny wielofunkcyjny (DK/DKN). Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 37:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka wyposażonego w uchwyt na jedno pudełko rękawic?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający domniemuje, iż pytanie dotyczy zadania nr 15: Wózek specjalistyczny wielofunkcyjny (DK/DKN). Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 38:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka posiadającego szary korpus (szafkę) i szuflady w kolorze jasnoniebieskim lub niebieskim (jak na zdjęciu poniżej)?



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający domniemuje, iż pytanie dotyczy zadania nr 15: Wózek specjalistyczny wielofunkcyjny (DK/DKN). Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: zadanie nr 18 - Wózek zabiegowy funkcyjny z szufladami (DK/ZPL) - 1 szt.

Pytanie nr 39:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka o poniższych parametrach?

- wymiary zewnętrzne (z blatem) 720 x 610 mm
- wysokość wózka do górnego blatu 1000 mm
- Max. obciążenie szuflady 10 kg, max. obciążenie wózka 150 kg
- Centralny system zamykania wszystkich szuflad - zamykane na klucz
- Czoła szuflad z możliwością umieszczenia opisu zawierającego zawartość szuflad
- 5 szuflad (2 dolne szuflady głębsze)
- Po bokach pojemniki na sprzęt
- Wysuwana półka spod blatu
- Statyw na kroplówkę
- Kolor korpusu (szafki) szary, uchwyty szuflad niebieskie

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o wskazanych parametrach.

Dotyczy: zadanie nr 5 - Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej - 1 szt.

Pytanie nr 40:

Czy Zamawiający dopuści wózek gdzie leże wykonane jest z tworzywa odpornego na dezynfekcję?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41:

Czy Zamawiający dopuści wózek w którym występuje centralna blokada kół, z blokadą kierunkową oraz dodatkowym piątym kołem ułatwiającym manewrowanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42:

Czy Zamawiający dopuści minimalną wysokość leża 595 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43:

Czy Zamawiający dopuści wózek o maksymalnej wysokości leża 920 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44:

Czy Zamawiający dopuści wózek w którym brak wezłowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 45:

Czy Zamawiający dopuści wózek o max obciążeniu 170 kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych wyposażony w zdejmowany materac bez uchwytów do przenoszenia pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 47:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych wyposażony w pół-centralną blokadę kół? (pół-centralna blokada kół blokuje oba koła przy danej osi po naciśnięciu pedału blokującego).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego szerokość całkowita wynosi: 690 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 49:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego wysokość leża regulowana jest hydraulicznie w zakresie: od 460 do 850 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego wezglowie regulowane jest za pomocą sprężyn gazowych w zakresie: 0-45°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 180 kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Poniżej zdjęcie poglądowe wózka, które Wykonawca zamieścił wraz z pytaniami i chciałby zaoferować w postępowaniu.



Dotyczy: zadanie nr 12 - Wózek funkcyjny zabiegowy z szufladami - 1 szt.

Pytanie nr 52:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek funkcyjny wyposażony w solidną, stalową nadstawkę z 10 uchylnymi, przezroczystymi pojemnikami o równej wielkości na leki lub akcesoria?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, który wyposażony jest w uchwyt na pojemnik rękawiczek jednorazowych zamontowany do szyny sprzętowej z boku wózka?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, o wymiarach:

- szerokość: 650 mm,
- głębokość: 475 mm,
- wysokość (bez nadstawki): 960 mm,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55:


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, o wymiarach:

- szerokość: 650 mm,
- głębokość: 475 mm,
- wysokość (bez nadstawki): 1040mm,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poniżej zdjęcie poglądowe wózka, które Wykonawca zamieścił wraz z pytaniami i chciałby zaoferować w postępowaniu.



Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania i otwarcia ofert, a mianowicie:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień: 01.06.2022 r. na godz. 09:00

Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień: 01.06.2022 r. na godz. 11:00

Tym samym zmianie ulega termin związania ofertą z **28.06.2022 r. na dzień 30.06.2022 r.**

Z CAŁYDIREKTORA
ds. Administracyjno-Technicznych

mgr Zdzisław Tarasiewicz

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

mgr Urszula Wojcieszek