

Gliwice, 30.11.2021 r.

nr sprawy: DO/DZ--381-1-52/21

**DO WSZYSTKICH  
ZAINTERESOWANYCH**

dot.: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 15.1.2021 r. pod numerem 2021/S 221-581701, którego przedmiotem zamówienia są Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych i produktów do systemu ilościowej analizy, zestawów do wykrywania zaburzeń molekularnych metodą ddPCR oraz odczynników, sond FISH, materiałów zużywalnych.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść złożonych pytań i udzielonych odpowiedzi:

**ZAPYTANIE NR 1**

**Pytanie nr 1**

**Dot. Zadanie nr 1:**

Pytanie do załącznika nr 2 do SWZ nr sprawy DO/DZ-381-1-52/21Za - SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA; Załącznik nr 2.1 do SWZ nr sprawy DO/DZ-381-1-52/21

Zadanie nr 1, Punkt 6: Czy w opisie produktu nie pojawił się drobny błąd literowy w postaci zapisu „EvaGreed”, a Zamawiający miał na myśli EvaGreen?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że powinno być EvaGreen

**Pytanie nr 2**

Pytanie do załącznika nr 2 do SWZ nr sprawy DO/DZ-381-1-52/21Za - SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA; Załącznik nr 2.1 do SWZ nr sprawy DO/DZ-381-1-52/21

Zadanie nr 1, Punkt 14: Czy Zamawiający dopuści zestaw do przygotowania reakcji ddPCR typu Multiplex ddPCR Multiplex Supermix o całkowitej objętości 3ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

---

**Pytania dotyczące zadania nr 2**

**Pytanie nr 3**

Pytanie do załącznika nr 2 do SWZ nr sprawy DO/DZ-381-1-52/21Za - SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA; Załącznik nr 2.2 do SWZ nr sprawy DO/DZ-381-1-52/21

Zadanie nr 2, Punkt 3: Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie produktu z grupy Mutation Assay w formie 1-probówkowej ( mut+wt znakowane FAM/HEX). Zestaw stosowany do wykrywania zaburzeń molekularnych metodą ddPCR, kompatybilne z aparatem QX200™ AutoDG™ Droplet Digital™ PCR IVD System oraz stosowanym zestawem ddPCR™ Supermix for Probes (No dUTP) i pozwala na wykrywanie zaburzeń molekularnych w oparciu o startery i/lub

sondy znakowane barwnikiem fluorescencyjnym FAM i HEX. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne startery i sondy w stężeniu 20x i pozwala na wykonanie minimum 200 reakcji o objętości 20ul.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 4**

Pytanie do załącznika nr 2 do SWZ nr sprawy DO/DZ-381-1-52/21Za - SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA; Załącznik nr 2.2 do SWZ nr sprawy DO/DZ-381-1-52/21

Zadanie nr 2, Punkt 4: Czy Zamawiający zgadza na zaoferowanie produktu z grupy Mutation Assay w formacie 1-probówkowym ( mut+wt znakowane FAM/HEX). Zestaw stosowany do wykrywania zaburzeń molekularnych metodą ddPCR, kompatybilne z aparatem QX200™ AutoDG™ Droplet Digital™ PCR IVD System oraz stosowanym zestawem ddPCR™ Supermix for Probes (No dUTP) i pozwala na wykrywanie zaburzeń molekularnych w oparciu o startery i/lub sondy znakowane barwnikiem fluorescencyjnym FAM i HEX. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne startery i sondy w stężeniu 20x i pozwala na wykonanie minimum 1000 reakcji o objętości 20ul.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 5**

Pytanie do Załącznika nr 2 do SWZ nr sprawy DO/DZ-381-1-52/21Za - SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA; Załącznik nr 2.2 do SWZ nr sprawy DO/DZ-381-1-52/21

Zadanie nr 2, Punkt 5: Z uwagi na występowanie kilkunastu zestawów odczynników w obrębie grupy zaawansowanych zestawów do wykrywania zaburzeń molekularnych metodą ddPCR (ddPCR™ Expert Design Assay), czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział tej grupy odczynników na minimum 5 grup produktowych:

- a) Grupa mutacji zgodności tkankowej HLA
- b) Grupa mutacji JAK2/FLT3
- c) Grupa mutacji w obrębie genów HLA-DRB1
- d) Grupa mutacji CAR-T
- e) Grupa Pre-Amp"

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na podział (max 1 szt./podgrupę).

**Pytanie nr 6**

Pytanie do załącznika nr 2 do SWZ nr sprawy DO/DZ-381-1-52/21Za - SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA; Załącznik nr 2.2 do SWZ nr sprawy DO/DZ-381-1-52/21

Zadanie nr 2, Punkt 5: Czy Zamawiający ze względu na specyfikę produkcji niektórych produktów z grupy zaawansowanych zestawów do wykrywania zaburzeń molekularnych metodą ddPCR (ddPCR™ Expert Design Assay) wyraża zgodę na zaoferowanie produktów przeznaczonych na 200 reakcji, jeśli nie ma możliwości zaoferowania produktu na 1000 reakcji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów w opakowaniu na 200rxn w przypadku braku w ofercie zestawów na 1000rxn.

---

Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia

*mgr Urszula Wojcieszek*

Z-CADYREKTORA  
ds. Finansów i Zarządzania

*mgr Anna Kotula*