

Gliwice, dnia 30 września 2022 r.

DO/DZ-381-1-44/22

**DO WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH**

dot.: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 01.09.2022 r. pod nr 2022/S 171-483847, którego przedmiotem zamówienia są Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora HPLC, dostawy odczynników do badań standardowych histopatologicznych i cytologicznych, wody LAL oraz materiałów zużywalnych do hodowli komórkowej dla Narodowe- go Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskie j-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 135 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

ZAPYTANIE NR 3

Pytanie 1

Dotyczy wzoru umowy (zał. nr 4.3 do SWZ)

- § 4 ust. 1 – wnosimy o zmianę zapisu: "W razie wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, iż datą zawarcia umowy jest data wskazana w komparycji niniejszej umowy" na zapis "W razie wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, iż datą zawarcia umowy jest data podpisania umowy przez ostatnią Stronę Umowy". Data zawarcia umowy jest kluczowa w kwestii dostaw a tym samym ma wpływ na ewentualne kary umowne. Wprowadzenie daty zawarcia umowy w komparycji gdy umowa jeszcze nie została podpisana może wprowadzać w błąd i skrócić terminy realizacji umowy.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

- § 5 ust. 1 – wnosimy o wydłużenie terminu realizacji dostaw częściowych do 10 dni roboczych

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

- § 5 ust. 3 pkt. 2) – wnosimy o wydłużenie terminu dostawy urządzenia do 20 dni roboczych

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy projektu umowy

4. Par. 5 ust. 11 – wnosimy o wykreślenie zapisu, po dostawie produkty powinny zostać odebrane protokolarnie przyjęcie jest równoznaczne z odbiorem, po przyjęciu Wykonawca nie ma wpływu na działania/zaniechania Zamawiającego w stosunku do odczynników

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy projektu umowy

5. Par. 5 ust. 12 – wnosimy o zmianę zapisu w następujący sposób:
Zamawiający w miarę możliwości w tym samym dniu, w którym przyjął wyroby umowne w myśl ust. 10 powyżej, w miarę możliwości niezwłocznie po zakończeniu czynności przyjęcia, dokonuje procedury odbioru dostawy i podejmuje się badania ilościowego, jak też sprawdzenia, czy dostarczone wyroby umowne wolne są od widocznych wad jakościowych. Przedstawiciel Wykonawcy może być obecny podczas czynności odbioru. Odbiór wyrobów umownych stwierdzony zostanie przez Zamawiającego w formie pisemnej 4 .

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

6. § 5 ust. 14: wnosimy o zmianę zapisu w następujących sposób:
„Potwierdzeniem odbioru urządzenia, o którym mowa w § 1 pkt 2) umowy będzie sporządzony i podpisany przez Strony protokół odbioru. **Z momentem dostawy urządzenia Zamawiającemu przez Wykonawcę na Zamawiającego przechodzi ryzyko uszkodzenia lub utraty urządzenia**”.

Po dostawie urządzenia będzie znajdowała się terenie nadzorowanym przez Zamawiającego, Wykonawca nie ma wpływu na przechowywania urządzenia przez Zamawiającego ani możliwości jego ochrony przed zniszczeniem lub kradzieżą art.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy projektu umowy

7. § 5 ust. 16 – wnosimy o doprecyzowania zapisu: „Poza powyższym przeszkoleniem Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania niniejszej umowy udzielać Zamawiającemu wszechstronnej pomocy, jeżeli wystąpią jakiegokolwiek trudności związane z eksploatacją urządzeń”. – Jak Wykonawca ma rozumieć udzielenie „wszechstronnej pomocy”? Jakie usługi miał na myśli Zamawiający i czy są cenotwórcze?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli pomoc techniczną i merytoryczną niezbędną podczas pracy z Urządzeniem

8. § 6 ust 6 – wnosimy o zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni, który wynika z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy projektu umowy

9. § 7 – wnosimy o zmianę tytułu paragrafu na „gwarancja jakości”, gdyż wykonawca ani producent nie udziela rękojmi za wady na zasadach kodeksu cywilnego.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy projektu umowy

10. § 7 ust. 8 wnosimy o zmianę zapisu:

Okresowe przeglądy techniczne, usługi serwisowe, w tym naprawy i konserwacje urządzenia o którym mowa w § 1 pkt 2) niniejszej umowy ~~wraz z częściami zamiennymi~~, w okresie trwania niniejszej umowy zapewnia Wykonawca w ramach kwoty otrzymywanego czynszu dzierżawnego, za wyjątkiem okoliczności, gdy konieczność dokonania naprawy powstała z następujących przyczyn:

- a) eksploataowania Urządzenia będącego przedmiotem umowy niezgodnie z jego przeznaczeniem, z zalecaniami producenta oraz zaleceniami instrukcji obsługi,

- b) wykonywania napraw, zmian lub przeróbek Urządzenia będącego przedmiotem umowy przez Zamawiającego we własnym zakresie lub zlecenie ich wykonania podmiotom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy,
- c) stosowania innych materiałów eksploatacyjnych niż zalecane przez Wykonawcę, producenta lub wskazanych w instrukcji eksploatacji,
- d) nieuprawnionej ingerencji w oprogramowanie Urządzenia będącego przedmiotem umowy,
- e) dokonania zniszczenia mechanicznego w Urządzeniu będącego przedmiotem umowy,

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy projektu umowy

11. § 7 ust. 9 i 10 – wnosimy o wykreślenie konieczności dostarczenia urządzenia zastępczego gdyż nie ma możliwości przekazania urządzenia zastępczego, podobnie nie ma możliwości wymiany urządzenia na nowy tylko ewentualnie podzespołów.

„9. W przypadku awarii urządzenia utrudniającej wykonywanie badań, a tym samym powodującej zakłócenie pracy laboratorium Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do interwencji serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego w celu naprawy) w terminie do 5 dni roboczych licząc od daty i godziny zgłoszenia nieprawidłowości w użytkowaniu urządzenia przez Zamawiającego, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Dla skuteczności zgłoszenia wystarczające będzie, jeżeli zostanie zgłoszone Wykonawcy emailem, a następnie potwierdzone przez Wykonawcę otrzymania zgłoszenia. ~~W sytuacji, jeżeli nie będzie możliwe wykonanie naprawy urządzenia w terminie do 72 godzin licząc od daty i godziny zgłoszenia nieprawidłowości w użytkowaniu urządzenia przez Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni urządzenie zastępcze zgodne z przedmiotem zamówienia, wolne od wad, w terminie kolejnych 3 dni roboczych licząc od upływu 72 godzinnego terminu na wykonanie naprawy”.~~

„10. W sytuacji, jeżeli nie będzie możliwe wykonanie naprawy urządzenia w terminie do **30 dni roboczych** licząc od daty zgłoszenia nieprawidłowości w użytkowaniu urządzenia przez Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt i ryzyko wymieni wadliwe podzespoły urządzenia na nowe, wolne od wad, zgodne z przedmiotem zamówienia, w terminie **14 kolejnych dni roboczych**. ~~W tym czasie Zamawiający będzie korzystał z urządzenia zastępczego.”~~

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy projektu umowy

12. § 7 ust. 9 – wnosimy o dodanie zapisu, aby zgłoszenia awarii zostało przesyłane na adres mailowy podany w § 8 ust.1;

wnosimy o zmianę zapisu:

W przypadku awarii urządzenia utrudniającej wykonywanie badań, a tym samym powodującej zakłócenie pracy laboratorium Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do interwencji serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego w celu naprawy) w terminie do ~~72 godzin~~ 5 dni roboczych licząc od daty i godziny zgłoszenia nieprawidłowości w użytkowaniu urządzenia przez Zamawiającego, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Dla skuteczności zgłoszenia wystarczające będzie, jeżeli zostanie zgłoszone Wykonawcy telefonicznie, a następnie potwierdzone przez Zamawiającego wpisem w księdze urządzenia lub wysłane do Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną.

W sytuacji, jeżeli nie będzie możliwe wykonanie naprawy urządzenia w terminie do ~~72 godzin~~ 5 dni roboczych licząc od daty i godziny zgłoszenia nieprawidłowości w użytkowaniu urządzenia przez Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni urządzenie zastępcze zgodne z przedmiotem zamówienia, wolne od wad, w terminie kolejnych ~~3 dni~~ 5 dni roboczych licząc od upływu ~~72 godzinnego~~ 5 dniowego terminu na wykonanie naprawy

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu, aby zgłoszenie awarii było przesyłane na adres mailowy podany w par. 8 ust.1. Pozostałe zapisy &7 ust.9 Zamawiający pozostawia bez zmian

13. § 7 ust. 10 – wnosimy o wykreślenie

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy projektu umowy

14. § 7 ust. 11 – wnosimy o wykreślenie, przedmiotem umowy nie jest wykonywanie żadnych badań tylko dostawa odczynników i dzierżawa urządzenia, wszelkie badania Zamawiający wykonuje we własnym zakresie. Zapis może

być uznany za klauzulę abuzywną w rozumieniu art. 433 pkt 3) PZP gdyż Wykonawca nie odpowiada za jakiegokolwiek badania Zamawiającego, badania nie są przedmiotem Umowy i Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzji Zamawiającego dot. badań.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy projektu umowy

15. § 7 ust. 12 – wnosimy o zmianę :

Niezależnie od sytuacji wskazanej w ust. 10 powyżej, wymiana **podzespołu** urządzenia na nowe wolne od wad nastąpi także w przypadku konieczności podjęcia po raz trzeci w okresie trwania niniejszej umowy próby usunięcia tego samego rodzaju błędu lub naprawy tego samego elementu lub zespołu urządzenia.

Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę faksem lub pocztą elektroniczną. Wykonawca wymieni na własny koszt i ryzyko **wadliwy podzespół urządzenie na nowy**, wolny od wad, zgodne z przedmiotem zamówienia, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia go przez Zamawiającego o uszkodzeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy projektu umowy

16. §. 7 ust. 14 – wnosimy o zmianę „Wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy projektu umowy

17. § 9 ust. 1 pkt 2) kara jest rażąco wygórowana wnosimy o obniżenie do 0,2% wartości dzierżawy, wnosimy o zmianę:

w przypadku zwłoki w terminie dostawy lub uruchomieniu urządzeń w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 3 pkt 2) umowy, Wykonawcy naliczona zostanie kara umowna w wysokości 0,2 % miesięcznego wynagrodzenia brutto z tytułu dzierżawy urządzeń określonego w § 6 ust. 2 pkt 2) umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ,

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na zmianę, aby w przypadku zwłoki w terminie dostawy lub uruchomieniu urządzeń w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 3 pkt 2) umowy, Wykonawcy naliczona zostanie kara umowna w wysokości 2 % miesięcznego wynagrodzenia brutto z tytułu dzierżawy urządzeń określonego w § 6 ust. 2 pkt 2) umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

18. § 9 ust. 1 pkt 4) wnosimy o wykreślenia, Wykonawca nie zapewnia urządzenia zastępczego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy projektu umowy

19. § 9 ust. 1 pkt 5) wnosimy o zmianę :

w przypadku zwłoki w terminie dostarczenia przez Wykonawcę nowego podzespołu urządzenia wolnego od wad, w sytuacji opisanej w § 7 ust. 10 i ust. 12 umowy, Wykonawcy naliczona zostanie kara umowna w wysokości 0,2 % miesięcznego wynagrodzenia brutto z tytułu dzierżawy urządzenia określonego w § 6 ust. 2 pkt 2) umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku zwłoki w terminie dostarczenia przez Wykonawcę nowego podzespołu urządzenia wolnego od wad, w sytuacji opisanej w § 7 ust. 10 i ust. 12 umowy, Wykonawcy naliczona zostanie kara umowna w wysokości 2 % miesięcznego wynagrodzenia brutto z tytułu dzierżawy urządzenia określonego w § 6 ust. 2 pkt 2) umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

20. § 9 ust. 2 wnosimy o wykreślenie zapisu – zapis dubluje karę za odstąpienie, a kara 20% wynagrodzenia jest rażąco wygórowana i łącznie zamawiający może żądać 30% wynagrodzenia na podstawie par. 9 ust. 2 i par. 9 ust. 1 pkt 8) .

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy projektu umowy

21. § ust. 5 wnosimy o zmianę, gdyż zapis narusza art. 486 pkt 3) ustawy prawa zamówień publicznych –brak określenia limity kar dla kary par. 9 ust. 2

Maksymalna łączna wartość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie przekroczy 10% wartości brutto umowy, określonej w § 6 ust. 1 umowy., ~~nie dotyczy to postanowienia w ust. 2 powyżej.~~

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy projektu umowy

22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z Parametrów Wymaganych HPLC (zał. 2.1.2) następujących zapisów:

Analizator zaopatrzony w bezpieczne i szczelne zasobniki na odczynniki na odpowiednich podstawkach, jeśli są wymagane

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ

23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z Parametrów Wymaganych HPLC (zał. 2.1.2) następujących zapisów:

Analizator zaopatrzony w bezpieczne i szczelne zasobniki do zbierania odpadów

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ

Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

Z-CA DYREKTORA
ds. Finansów i Zarządzania

mgr Anna Kowala

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

mgr Urszula Wojcieszek

Deje
Amadej