

Gliwice, 16.04.2021 r.

DO/DZ-TPbn-381-2-18/21

**DO WSZYSTKICH  
ZAINTERESOWANYCH**

**dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00031760/01 w dniu 13.04.2021 r., którego przedmiotem są sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych dla Działu Centralnej Sterylizacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść złożonych pytań i udzielonych odpowiedzi:

**Pytanie 1**

do specyfikacja asortymentowo – cenowa – załącznik nr 2.9 (zadanie nr 9, poz. 2)  
Czy Zamawiający wymaga by typ testu nadrukowany był na każdym wskaźniku?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie wymaga, aby typ testu nadrukowany był na każdym wskaźniku.*

**Pytanie 2**

do specyfikacja asortymentowo – cenowa – załącznik nr 2.11 (zadanie nr 11, poz. 1)

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga by wszystkie wymazówki były spakowane w sposób jałowy, zabezpieczając tym samym test przedwczesną kontaminacją z osobnym fiolkami z substancją testową, czy też test ma być w postaci jednoelementowego przyrządu do pobrania próby w którym znajduje się wymazówka i substancja testowa o czułości na poziomie 1µg oraz odczycie do 10 sekund?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający wymaga, by każda z wymazówek była spakowana osobno, w sposób jałowy, natomiast nie wymaga, aby test był w postaci jednoelementowego przyrządu do pobrania próby, tj. wymazówka z substancją testową w jednym opakowaniu. Substancja testowa może być umieszczona w osobnej fiolce (na każdy wymaz przypada jedna fiołka z substancją testową). Zamawiający wymaga wykrywania poziomu zanieczyszczenia o czułości na poziomie minimum 1µg oraz odczycie natychmiastowym, tj. do kilku sekund. Należy przyjąć, że odczytem natychmiastowym jest czas do 30 sekund.*

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

KIEROWNIK  
Działu Centralnej Sterylizacji  
dr n. med. Aleksandra Cebusińska

Z-CA DYREKTORA  
ds. Finansów i Zarządzania

*mgr Anna Kotuła*

Narodowy Instytut Onkologii  
im. Marii Skłodowskiej-Curie  
- Państwowy Instytut Badawczy  
Oddział w Gliwicach  
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15  
44-102 Gliwice

Dyrekcja  
Tel.: +48 32 278 96 18  
Fax: +48 32 230 78 07  
onkologia@io.gliwice.pl  
www.io.gliwice.pl

Centrala  
Tel.: +48 32 278 88 88  
Fax: +48 32 231 35 12  
NIP: 5250008057  
REGON: 000288366-00028

*2 up- J. Dąbrowski - CG*