



dot. DO/DZ-381-1-40/22

Gliwice, 29.08.2022 r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

**dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.08.2022 r. pod numerem 2022/S 156-447060, którego przedmiotem jest dostawa mebli laboratoryjnych i biurowych dla Biobanku Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść złożonych pytań i udzielonych odpowiedzi.

**Pytanie 1  
(dot. poz. nr 2 i 3 zał. 1 do SWZ)**

Czy w biurkach opisu przedmiotu zamówienia należy zamontować przelotki i mediaporty, ponieważ na ogół stosuje się albo jedno rozwiązanie albo drugie.  
Jeśli należy zastosować mediaporty to jakiego typu wtyki mają zawierać?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga jednej przelotki na biurko oraz jeden mediaport: chowany, wpuszczany w blat z 1 gniazdem 230V z uziemieniem i co najmniej jednym gniazdem USB. Prostokątne lub okrągłe. Wszystkie elementy spójne z kolorystyką biurka.

**Pytanie 2  
(dot. poz. nr 25 zał. 1 do SWZ)**

Wysoki taboret laboratoryjny mobilny – opis zawiera podstawę aluminiową z 5 kółkami. Ze względów bezpieczeństwa Krzesła i stołki w wersji niższej zwykle są wyposażone w kółka, natomiast wersje podwyższone posiadają ślizgacze, co jest zgodne z zasadami BHP.  
Czy Zamawiający dopuszcza wysoki taboret na ślizgaczach?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania ślizgaczy, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.


**Pytanie 3  
(dot. poz. nr 26 zał. 1 do SWZ)**

Wysokie krzesło laboratoryjne – opis zawiera podstawę aluminiową z 5 kółkami. Ze względów bezpieczeństwa Krzesła i stołki w wersji niższej zwykle są wyposażone w kółka, natomiast wersje podwyższone posiadają ślizgacze, co jest zgodne z zasadami BHP.  
Czy Zamawiający dopuszcza wysokie krzesło na ślizgaczach?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania ślizgaczy, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

KIEROWNIK  
Działu Administracji  
  
mgr Irena Guziak

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia  
  
mgr Urszula Wojcieszek

Z-CADYREKTORA  
działu Administracyjno-Technicznych  
  
mgr Zdzisław Tarasiewicz

Projekt pn. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.