

Gliwice, dnia 14.06.2022 r.

Nr sprawy: DO/DZ-TPbn-381-2-37/22

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00196021/01 na sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść złożonych pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1 dot. zadania nr 7

Czy w zadaniu nr 7 zamawiający dopuści do złożenia oferty na maski medyczne wiązane na troki w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dot. zadania nr 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę rękawicę o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 dot. zadania nr 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę rękawicę jednostronnie impregnowaną mydłem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 dot. zadania nr 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie 20 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opakowanie 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilość z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia odpowiednich zmian w specyfikacji asortymentowo – cenowej.

Pytanie nr 5 dot. zadania nr 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę rękawicę z gładką powierzchnią zewnętrzną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 dot. zadanie nr 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę jednorazowego użytku w formie rękawicy wykonana z materiału celulozowego Airlaid pokrytego od wewnątrz folią, o gramaturze 80 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7 dot. zadanie nr 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i wymaga wyceny za sztukę.

Pytanie nr 8 dotyczy zadanie nr 2 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i wymaga wyceny za sztukę.

Pytanie nr 9 dot. Zadanie nr 7 pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i wymaga wyceny za sztukę.

Pytanie nr 10 dot. Zadanie nr 7 pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczna z gumkami o ciśnieniu różnicowym 34,67 Pa/cm², spełniającą pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11 dot. Zadanie nr 9 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o długości 40m z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podkład w rolce o długości 40m z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości z zaokrągleniem w górę. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia odpowiednich zmian w specyfikacji asortymentowo – cenowej.

Pytanie nr 12 dot. Zadanie nr 9 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład składający się z 2 warstw bibuły (2x18g/m²) + 1 warstwa folii o grubości 0,015-0,017 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13 dot. Zadanie nr 9 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład dwuwarstwowy bibułowy (gramatura 2 x 17 g/m²) z perforacją co 37,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14 dot. Zadanie nr 9 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 23 gr±5% (papier) + 10 gr ±5% (PE), z perforacją co 38cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15 dot. Zadanie nr 9 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podkład składający się z 2 warstw bibuły (2x18g/m²) + 1 warstwa folii o grubości 0,015-0,017 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16 dot. zadanie nr 9 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 80x210cm o gramaturze 40g/m² wzmocniony 48 nitkami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17 dot. Zadanie nr 9 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 80x210cm o gramaturze 40g/m² wzmocniony 8 nitkami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18 dot. Zadanie nr 9 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny polipropylenowej foliowanej o gramaturze 45g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19 dot. Zadanie nr 9 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 160x210cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 dot. Zadanie nr 9 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o długości 40m z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim zaokrągleniem wymaganych ilość w górę do pełnego opakowania W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia odpowiednich zmian w specyfikacji asortymentowo – cenowej.

Pytanie nr 21 dot. Zadanie nr 9 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści podkład składający się z 2 warstw bibuły (2x18g/m²) + 1 warstwa folii o grubości 0,015-0,017 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 22 dot. Zadanie nr 10 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tyłne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 13 cm na jednej części fartucha i 7 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 155.4 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 87.8 N. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany pojedynczo. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: M, L, XL, XXL.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23 dot. Zadanie nr 10 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarach tylko L i XL?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24 dot. Zadanie nr 10 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 dot. Zadanie nr 10 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej PP o gramaturze min. 25g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 dot. Zadanie nr 10 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i wymaga wyceny za sztukę.

Pytanie nr 27 dot. Zadanie nr 10 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i wymaga wyceny za sztukę.

Pytanie nr 28 dot. Zadanie nr 10 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m², ściągany lekką nie uciskającą gumką. Pakowany po 100 szt. w kartonik w formie podajnika/ dyspensera, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie pojedynczych sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 dot. Zadanie nr 11 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 dot. Zadanie nr 11 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z bardzo miękkiej włókniny Spunlace 40 g/m² w kolorze białym, warstwa wewnętrzna z poliestru o gramaturze 50g/m², z przescyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe. Rozmiar 110 x 210 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31 dot. Zadanie nr 11 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej 40 g/m², niejałowy, kolor zielony, zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32 dot. Zadanie nr 11 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 33g/m² w kolorze niebieskim, umożliwiającą zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu) , wiązana, biały trok w pasie o długości całkowitej 178cm oraz 2 na szyi o długości 48cm, z krótkim rękawem o obwodzie 43cm , długość koszuli 110cm, szerokość 140 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33 dot. Zadanie nr 11 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 40 g/m² z warstwą antypoślizgową, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo. Kolor niebieski. Pakowane po 100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34 dotyczy zadania nr 1

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o dopuszczenie kombinezonów o następujących parametrach:

Ze względu na możliwość złożenia bardzo konkurencyjnej pod względem cenowym i jakościowym oferty prosimy o dopuszczenie kombinezonów wykonanych z laminatu włóknina /folia PE o gramaturze 55 g/m2, typ ochrony 5,6 w rozmiarze S,M, L,XL,XXL będący środkiem ochrony osobistej klasy III. Wytrzymałość na rozciąganie według normy EN ISO 13934-1 , zgodny z normą EN 13034:2005 + A1:2009 oraz EN 14126:2003/AC:2004 EN 13982-1:2004/A1:2010, EN ISO 13688:2013. Rękawy wykończone gumką, zamek błyskawiczny kryty listwą, bez samoprzylepnej patki. Proponowany przez nas produkt jest pakowany pojedynczo, w kartonie po 40 szt., bez ochraniaczy na obuwiu zgodny z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej modyfikacji, gdyż Zamawiający wymaga, aby kombinezon pakowany był w dwa opakowania.

Pytanie nr 35 dotyczy zadania nr 1

W związku z rozbieżnością w opisie przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania kombinezonu jednoczęściowego czy trzyczęściowego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania kombinezonu trzyczęściowego.

Pytanie nr 36 Zadanie 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści kombinezon z laminowanej włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kombinezon z laminowanej włókniny polipropylenowej.

Pytanie nr 37 Zadanie 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści osłony na buty pakowane osobno?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza osłony na buty pakowane osobno.

Pytanie nr 38 Zadanie 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści osłony na buty wycenione osobno?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 39 Zadanie 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści kombinezon pakowany w folię?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej modyfikacji, gdyż Zamawiający wymaga, aby kombinezon pakowany był w dwa opakowania.

Pytanie nr 40 Zadanie 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści maskę zarejestrowaną podwójnie jako SOI i wyrób medyczny?

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z opisem wymaga produktu zarejestrowanego jako wyrób medyczny.

Pytanie nr 41 Zadanie 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści maskę bez piankowej uszczelki?

Odpowiedź:

W opisie przedmiotu zamówienia brak jest informacji o tym, aby Zamawiający wymagał maski.

Pytanie nr 42 Zadanie 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści półmaskę o ergonomicznym kształcie dopasowującym się do twarzy?

Odpowiedź:

W opisie przedmiotu zamówienia brak jest informacji o tym, aby Zamawiający wymagał półmaski.

Pytanie nr 43 Zadanie 7 poz.1,2

Czy Zamawiający dopuści ciśnienie różnicowe <40 Pa?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie <60 Pa.

Pytanie nr 44 Zadanie 10 poz.1

Czy Zamawiający dopuści fartuch SMMS?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 45 Zadanie 10 poz.2

Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany w folię?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 46 Zadanie 10 poz.2

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 18g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47 Zadanie 10 poz.2

Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w folię?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 48 Zadanie 11 poz.1

Czy Zamawiający dopuści spodenki o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49 Zadanie 11 poz.3

Czy Zamawiający dopuści komplet z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50 Zadanie 11 poz.3

Czy Zamawiający dopuści komplet o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 51 Zadanie 11 poz.3

Czy Zamawiający dopuści etykietę luźno umieszczoną w opakowaniu wraz z pościelą?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 52 Zadanie 11 poz.4

Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53 Zadanie 11 poz.4

Czy Zamawiający dopuści koszulę o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54 Zadanie 11 poz.6

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze z włókniny PP i laminatu PE?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55 Zadanie 11 poz.6

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o gramaturze 55-60g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56 Zadanie 11 poz.6

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze z czarną taśmą antypoślizgową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57 Zadanie 11 poz.6

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze pakowane po 10szt w folii?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 58

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie półmasek FFP2 bez pianki uszczelniającej ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 59

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie półmasek FFP2 pakowanych w opakowanie zbiorcze, kartonowe po 50 szt ? W opakowaniu kartonowym znajduje się 5 woreczków foliowych w każdym po 10 półmasek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i zgodnie z opisem wymaga aby każda maska / półmaska zapakowana była w opakowanie jednostkowe.

Pytanie nr 60

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 3 zaoferowanie półmasek FFP2 panelowych, płasko składanych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i wymaga masek / półmasek zgodnie z opisem zawartym w SWZ.

Pytanie nr 61 dot. Zadanie 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezону ochronnego jednoczęściowego z zamkiem błyskawicznym zakrytym patką na całej długości, dwuczęściowy kaptur, talia, mankiety przy nadgarstkach i kostkach ściągnięte elastyczną gumką zapewniającą lepsze dopasowanie i komfort ruchów. Kombinezon zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III Ś.O.O. wg Rozporządzenie EU 2016/425. Zgodny z normami:

EN 14126:2003+AC:2004

PN-EN ISO 13688:2013-12

EN ISO 13982-1 :2004/ A1 :2010 - Typ 5B

EN 13034:2005+A1:2009 - Typ 6B

EN 14325:2018

Wykonany z polipropylenu laminowanego folią PE, materiał miękki, przyjazny dla skóry, niepylący i jednocześnie wytrzymały, kolor biały. Dostępne rozmiary: S - M - L - XL - 2XL - 3XL. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, (i/lub bezpośrednio na samym kombinezonie) naniesione: nazwa, numer katalogowy, rozmiar, typ, kategoria, wymagane normy (piktogramy), data ważności, oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, producent. Sposób pakownia: torebka foliowa.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu ochronnego jednoczęściowego z zamkiem błyskawicznym zakrytym patką na całej długości, z dodatkową patką pod brodę, dwuczęściowy kaptur, talia, mankiety przy nadgarstkach i kostkach ściągnięte elastyczną gumką zapewniającą lepsze dopasowanie, co wzmacnia efekt ochronny oraz komfort ruchów, szwy typu overlock dodatkowo zabezpieczone taśmą, pętla na kciuk zabezpieczająca przed przypadkowym rozszczelnieniem z rękawicą.

Kombinezon zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III Ś.O.O. wg Rozporządzenie EU 2016/425. Zgodny z normami:

EN 14126:2003+AC:2004

EN 14605:2005+A1:2009 - Typ 3B-4B – ochrona przed działaniem cieczy i rozpylonej cieczy (kombinezon nie wchłania cieczy, odporny na splukanie pod bieżącą wodą dla prawidłowej dekontaminacji po użyciu)

EN ISO 13982-1 :2004/ A1 :2010 - Typ 5B – ochrona przed cząstkami stałymi

EN 13034:2005+A1:2009 - Typ 6B – ochrona przed działaniem substancji chemicznych

Wykonany miękkiej włókniny, przyjazny dla skóry, niepylący i jednocześnie wytrzymały, kolor biały. Dostępne rozmiary: S - M - L - XL - 2XL - 3XL. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, (i/lub bezpośrednio na samym kombinezonie) naniesione: nazwa, numer katalogowy, rozmiar, typ, kategoria, wymagane normy (piktogramy), data ważności, oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, producent. Sposób pakownia: torebka foliowa.

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie, czy zamawiający oczekuje kombinezonu będącego środkiem ochrony osobistej kategorii III zgodnie z EU Reg. 2016/425, oraz zapewniającego ochronę przed czynnikami biologicznym zgodnie z normą EN 14126:2003+AC:2004?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

Pytanie nr 62 dot. Zadanie 2

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek do toalety pacjenta o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający splukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z możliwością podgrzewania np. w kuchenke mikrofalowej do 18 sekund przy mocy 1.000 W. 8 myjek w opakowaniu. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny. Pragniemy nadmienić, iż produkt, który był dotychczas dostępny w Państwa placówce został wycofany przez producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 63 dot. Zadanie 2

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek do toalety pacjenta - o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający splukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z możliwością podgrzewania np. w kuchenke mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. 8 myjek w opakowaniu. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny. Pragniemy nadmienić, iż produkt, który był dotychczas dostępny w Państwa placówce został wycofany przez producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 64 dot. Zadanie 2

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy myjki mają wykazywać skuteczność w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń dróg moczowych co powinno zostać potwierdzone dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi lub na wezwanie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 65 dot. Zadanie 2

Poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy opakowanie myjek powinno posiadać dodatkową warstwę termoizolacyjną wewnątrz opakowania, pomagającą utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniającą możliwość ich podgrzewania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 66 dot. zadanie nr 2

Poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy opakowanie myjek ma zawierać mini-kartę obserwacji do zaznaczenia zmian skórnych, która ma być zespolona fabrycznie z opakowaniem w postaci samoprzylepnej etykiety?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 67 dot. zadanie nr 2

Poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy myjek mają posiadać instrukcję użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 68 dot. zadanie nr 2

Poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy na czas obowiązywania umowy na zakup myjek, Zamawiający oczekuje aby wykonawca bezpłatnie użył podgrzewaczy do ogrzewania myjek i czepków z potwierdzoną w instrukcji obsługi zgodnością zastosowania podgrzewacza z oferowanymi produktami?

Proponujemy Państwu podgrzewacz o pojemności: 28 pojedynczych opakowań, po 1 na półce. Zakres temperatury - regulowana między 35°C - 55°C. Podgrzewacz posiadający opcję kontrolowania ilości ogrzewanych produktów w określonym przedziale czasowym – z możliwością wyświetlenia danych w konkretnym miesiącu lub w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe ale nie wymaga.

Pytanie nr 69 dot. zadanie nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmaski filtrującej FFP2 certyfikowana, jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych. Maski 5-warstwowa, 2-panelowa, mocowana na elastyczne gumki, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji $\geq 94\%$, cząstek o wielkości 0,6 μm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w SWZ a co za tym idzie wymaga m. in. produktu zarejestrowanego jako wyrób medyczny.

Pytanie nr 70 dot. zadanie nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmaski filtrującej FFP2 z warstwą bakteriobójczą, certyfikowanej jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, bakteriami i wirusami, niwelująca uciążliwe zapachy. Maski 5-warstwowa, 3-panelowa, mocowana na elastyczne gumki z regulacją, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D

chroniącą nos, bez zaworu wydechowego, wolna od lateksu, silikonu i PVC. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji $\geq 94\%$, cząstek o wielkości $0,6 \mu\text{m}$), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe, zbiorczo w opakowanie 40 sz.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w SWZ a co za tym idzie wymaga m. in. produktu zarejestrowanego jako wyrób medyczny.

Pytanie nr 71 Zadanie 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmaski filtrującej FFP2 certyfikowanej, jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych. Maski 5-warstwowa, 2-panelowa, mocowana na elastyczne gumki, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji $\geq 94\%$, cząstek o wielkości $0,6 \mu\text{m}$), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w SWZ a co za tym idzie wymaga m. in. produktu zarejestrowanego jako wyrób medyczny.

Pytanie nr 72 Zadanie 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmaski filtrującej FFP2 z warstwą bakteriobójczą, certyfikowanej jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, bakteriami i wirusami, niwelująca uciążliwe zapachy. Maski 5-warstwowa, 3-panelowa, mocowana na elastyczne gumki z regulacją, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego, wolna od lateksu, silikonu i PVC. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji $\geq 94\%$, cząstek o wielkości $0,6 \mu\text{m}$), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe, zbiorczo w opakowanie 40 sz.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w SWZ a co za tym idzie wymaga m. in. produktu zarejestrowanego jako wyrób medyczny.

Pytanie nr 73 Zadanie 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmaski filtrującej FFP3 certyfikowanej, jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych. Maski 5-warstwowa, 2-panelowa, mocowana na elastyczne gumki, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP3 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji min. 99 %, cząstek o wielkości $0,6 \mu\text{m}$), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe, zbiorczo w opakowanie po 40 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w SWZ a co za tym idzie wymaga m. in. produktu zarejestrowanego jako wyrób medyczny.

Pytanie nr 74 Zadanie 7 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski medycznej typu II wykonanej z trzech warstw włókniny, w tym wewnętrznej filtracyjnej, z wkładką modelującą na nos, z zakładkami w części centralnej umożliwiającymi dopasowanie do kształtu twarzy. Maski zgodna z normą PN-EN 14683: 2019, skuteczność filtracji bakteryjnej 99% BFE, opór oddechowy $>38 \text{ Pa/cm}^2$, odporność na spryskanie $>16 \text{ kPa}$, czystość mikrobiologiczna $>30 \text{ cfu/g}$ wg PN-EN ISO 11737-1. Maski mocowana za uszy, za pomocą elastycznych gumek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 75 Zadanie 7 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski medycznej typu II wykonanej z trzech warstw włókniny, w tym wewnętrznej filtracyjnej, z wkładką modelującą na nos, z zakładkami w części centralnej umożliwiającymi dopasowanie do kształtu twarzy. Maski zgodna z normą PN-EN 14683: 2019, skuteczność filtracji bakteryjnej 99% BFE, opór oddechowy $>38 \text{ Pa/cm}^2$, odporność na spryskanie $>16 \text{ kPa}$, czystość mikrobiologiczna $>30 \text{ cfu/g}$ wg PN-EN ISO 11737-1. Maski mocowana za uszy, za pomocą elastycznych gumek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 76 Zadanie nr 2, pozycja nr 1, 2

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie myjek na 23% stawce VAT?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77 Zadanie nr 2, pozycja nr 1

Czy zamawiający oczekuje 270 sztuk myjek czy 270 opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje 270 opakowań pakowanych po 50 szt. Zamawiający wymaga aby Wykonawca uwzględnił powyższą zmianę przy składaniu oferty w zakresie zadania nr 3.

Pytanie nr 78 Zadanie nr 9, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści podkład medyczny o wymiarach 50cm x 50cm, z perforacją co 38cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 79 Zadanie nr 9, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści podkład medyczny z celulozy o gramaturze 23g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 80 Zadanie nr 9, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści podkład medyczny z perforacją co 38cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 81 Zadanie nr 9, pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści podkład medyczny o wymiarach 50cm x 50cm, z perforacją co 38cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 82 Zadanie nr 9, pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści podkład medyczny z celulozy o gramaturze 23g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.

Pytanie nr 83 Zadanie nr 9, pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści dwuwarstwowy podkład medyczny o wymiarach 58cm x 50cm, z perforacją co 38cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 84 Zadanie nr 9, pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści podfoliowany podkład medyczny z celulozy o gramaturze 23g/m² + 10g folii PE?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 85 Zadanie nr 9, pozycja nr 5

Czy zamawiający dopuści podkład medyczny z celulozy o gramaturze 38g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 86 Zadanie nr 9, pozycja nr 5

Czy zamawiający dopuści podkład medyczny wzmocniony podłużnymi niebieskimi nitkami co 14 ± 2 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.

Pytanie nr 87 Zadanie nr 7, poz 2

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 88 Zadanie nr 7, pozycja nr 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z jednostką miary tj. za sztukę.

Pytanie nr 89 Zadanie nr 9, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 90 Zadanie nr 9, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 91 Zadanie nr 9, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 92 Zadanie nr 9, pozycja nr 2

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 93 Zadanie nr 9, pozycja nr 7

Czy zamawiający oczekuje podkład o wymiarach 38 cm x 50 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 24 g/m², 100 szt. w roli?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 94 Zadanie nr 9, pozycja nr 5-6

Czy zamawiający wydzieli poz.5-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 95 Zadanie nr 10, pozycja nr 2

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w folii gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wymywanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 96 Zadanie nr 10, pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z jednostką miary.

Pytanie nr 97 Zadanie nr 10, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z jednostką miary.

Pytanie nr 98 Zadanie nr 2, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuszcza/wymaga jednorazowej gąbki, nasączonej żelem myjącym o neutralnym dla skóry pH 5,5, przeznaczona do higieny ciała i miejsc intymnych bez konieczności użycia bieżącej wody, hipoalergiczny żel na gąbkach ma delikatny przyjemny zapach i właściwości myjące oraz pielęgnacyjno-ochronne, myjki jednorazowe i wygodne w użyciu wystarczy zwilżyć myjkę niewielką ilością wody i kilkukrotnie ścisnąć, po umyciu ciało wytrzeć do sucha, bez konieczności spłukania, na skórze pozostaje delikatna warstwa ochronno-pielęgnacyjna, przebadana i testowana dermatologicznie, 24 szt w opakowaniu, wymiary 12x20cm, 100% poliester, bez sztucznych konserwantów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

Zamawiający mając na uwadze dyspozycję art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia **15.06.2022r. na dzień 21.06.2022r.** - godziny dotyczące składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian. Tym samym zmianie ulega termin związania ofertą z dnia **14.07.2022r. na dzień 20.07.2022r.**

Z-CA DYREKTORA
ds. Finansów i Zarządzania

mgr Anna Kotula

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Urszula Wojcieszek

Agata Dżime

