

Gliwice, dnia 30.11.2022 r.

DO/DZ – TPbn–381–2–70/ 22

**DO WSZYSTKICH  
ZAINTERESOWANYCH**

dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.11.2022r. pod nr 2022/BZP 00455073/01, którego przedmiotem zamówienia jest przystosowanie komory BBS T do pracy z generatorami 68Ge/68Gadla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymanym pytaniem odnośnie ww. postępowania, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje Państwu treść otrzymanego zapytania jak i udzielonej odpowiedzi:

**Pytanie 1**

**Pytanie nr 1, dot. wizji lokalnej**

Podczas wizji lokalnej zauważono, iż wewnętrzna plexiglas, na której są zainstalowane rękawice jest pęknięta w 2 miejscach. Czy Zamawiający wymaga wymiany w/w plexiglas? Czy Zamawiający wymaga wymiany rękawic?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wymaga wymiany plexiglas, natomiast nie wymaga wymiany rękawic.

**Wyjaśnienia są wiążące dla Wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Wykonawcy są zobowiązani złożyć ofertę z uwzględnieniem wyjaśnień.**

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
i Zaopiniowania  
mgr Urszula Wojcieszek

Z-CA DYREKTORA  
ds. Finansów i Zarządzania  
mgr Anna Kotula

Narodowy Instytut Onkologii  
im. Marii Skłodowskiej-Curie  
- Państwowy Instytut Badawczy  
Oddział w Gliwicach  
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15  
44-102 Gliwice

Dyrekcja  
Tel.: +48 32 278 96 18  
Fax: +48 32 230 78 07  
onkologia@io.gliwice.pl  
www.io.gliwice.pl

Centrala  
Tel.: +48 32 278 88 88  
Fax: +48 32 231 35 12  
NIP: 5250008057  
REGON: 000288366-00028

*Sholt*  
*Mplute*